

**THƯ MỜI THAM GIA BÁO GIÁ MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CÒN TRONG KHÍ THỞ
CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MANG YANG TỈNH GIA LAI**

Kính gửi: Các Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trước nhu cầu cấp bách trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Trung tâm Y tế huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai có kế hoạch mua sắm Máy đo nồng độ còn trong khí thở nhằm duy trì hoạt động thường xuyên. Trung tâm Y tế Kính mời các Công ty, Doanh nghiệp kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham gia chào giá theo danh mục kèm theo thư mời này.

Điều kiện tham gia:

- Giá báo giá đã bao gồm thuế, các khoản chi phí vận chuyển đến tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai, Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Thị Trấn Kon Tầng - huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai.

- Hàng bán phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam, và đúng yêu cầu kỹ thuật của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang. Hạn dùng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Tiêu chí lựa chọn:

- Xét trọn gói có giá thấp nhất;
- Nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá;
- Thời gian giao hàng trong vòng 48h kể từ ngày ký hợp đồng;
- Về giá ổn định trong 12 tháng.
- Thời gian nhận bảng báo giá chậm nhất đến 17giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2023.

* Báo giá gửi về: Phòng Hành Chính Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, Đường Tuệ Tĩnh- Thị Trấn Kon Tầng - huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai. Bì thư ghi rõ: **BÁO GIÁ MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CÒN TRONG KHÍ THỞ**

(Gửi theo đường bưu điện, trực tiếp hoặc qua địa chỉ Email: ttytmangyang01@gmail.com)

Rất mong được sự hợp tác của các công ty, doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KD-VTTYT ;
- Văn thư.

TTYT HUYỆN MANG YANG
GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Sơn



DANH MỤC THIẾT BỊ

(Kèm theo thư mời chào giá số: 02/TM-TTYT ngày 01/02/2023 của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang)

STT	Tên hàng	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
1	Máy đo nồng độ cồn trong khí thở	Năm sản xuất: 2022 trở về sau Hàng mới 100%. - Thang đo : 0.00 - 4.00 % hoặc 0.00 - 0.40 % BAC hoặc 0.00 - 2.00 mg/l BrAC hiển thị trên LCD -Thời gian làm ấm : 3 giây ~ 4 phút . -Thời gian cho kết quả : dưới 10 giây ở 0.100 % BAC -Ống thổi : Có sử dụng -Cảm biến : Cảm biến Fuel cell -Nguồn cấp : 2 bin AAA 1.5V	Hàn Quốc hoặc tương đương	Cái	01	Không phân nhóm
2	Ống thổi nồng độ cồn	Phù hợp với Máy đo nồng độ cồn trong khí thở.	Việt Nam	Cái	3.000	Không phân nhóm