

YÊU CẦU BÁO CÁU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Máy siêu âm tổng quát 04 đầu dò, Giường bệnh nhân Loại 1 tay quay, Tủ đầu giường nhựa ABS của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Mang Yang có nhu cầu tiếp nhận báo cáo hình, thông số kỹ thuật từ các hãng, các nhà cung cấp để Hội đồng khoa học- kỹ thuật xây dựng cấu hình và thông số kỹ thuật chuẩn cho gói thầu để làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Mua sắm Trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu

1. Đơn vị yêu cầu: Trung tâm Y tế huyện Mang Yang.

Địa chỉ Website: ttyt.mangyang@gialai.gov.vn

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận:

Họ tên: Nguyễn Thị Bông

Chức vụ: Phòng Tổ chức - hành chính. Số điện thoại: 0977551415

Địa chỉ email: ttytmangyang01@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận :

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính

- Trung tâm Y tế huyện Mang Yang - Đường Tuệ Tĩnh- Thị trấn Kon Dong - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai.

- Nhận qua email: ttytmangyang01@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận: Từ 10h ngày 07 tháng 5 năm 2025 đến trước 10h ngày 14 tháng 5 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, cấu hình, thông số kỹ thuật, nước sản xuất...(Có danh mục kèm theo)

- Xét chọn để xây dựng cấu hình, thông số kỹ thuật và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Mua sắm Trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang.



Bùi Văn Sơn



Danh mục yêu cầu báo cấu hình, thông số kỹ thuật

ST T	Tên TTBYT	Cấu hình	Hãng/Nước SX	ĐV T	Số lượng	Ghi chú
1	Máy Siêu âm tổng quát 04 đầu dò	Thông tin Chung Năm sản xuất 2025 trở về sau, thiết bị mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA hoặc tương đương Nguồn điện hoạt động: Trong khoảng 100-240V, 50Hz/60Hz Xuất xứ máy chính và đầu dò: có xuất xứ từ một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ YÊU CẦU CẤU HÌNH : Thân máy chính: 01 Máy Đầu dò Convex: 01 cái Đầu dò Linear: 01 cái Đầu dò Tim: 01 cái Đầu dò Phụ khoa: 01 cái	Xuất xứ máy chính và đầu dò: có xuất xứ từ một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7	Bộ	1	
2	Giường bệnh nhân Loại 1 tay quay	Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2025 trở về sau - Giường bệnh nhân loại 1 tay quay: 01 cái có thanh chắn - Đệm : 01 cái - Giá cài bệnh án: 01 cái - Tay quay: 01 cái - Bánh xe: 04 cái - Cọc truyền 01 cái - Cọc màn	Việt Nam	Cái	50	
3	Tủ đầu giường nhựa ABS	Tủ đầu giường nhựa ABS an toàn trong y tế Sản phẩm mới 100% - Sản xuất năm 2025 trở về sau	Trung Quốc hoặc tương đương	Cái	50	